

承認通知書

スペクトリス株式会社

代表取締役 山田 英美 殿

国立研究開発法人産業技術総合研究所



2020年5月19日付けで申請のありました下記の特定制量器の型式は、計量法
(平成4年法律第51号) 第77条第2項に規定する基準に適合するので承認します。

記

- 1 申請者の名称、代表者名及び所在地
スペクトリス株式会社
代表取締役 山田 英美
東京都千代田区神田司町2丁目6番
- 2 特定制量器の種類及び型式
精密騒音計
型式 2245
騒音レベルの計量範囲 22.8 dB~140.9 dB
使用周波数範囲 16 Hz~16000 Hz
- 3 承認番号
第TF201号
- 4 型式の承認の有効期間満了の日
2030年6月18日