




## Au terme du mesurage




## Mission accomplie



## Ce dont vous avez besoin




## Essayer l'appareil




## Vérifier le calibrage

1. Vérifier que l'appareil n'est pas en train de mesurer. Retirer l'écran antivent.
2. Placer précautionneusement le calibreur sur le microphone.
3. Presser le bouton On/Off du calibreur.
4. A la détection du signal, l'appareil affiche **Vérification Calibrage**.
5. Presser  pour **confirmer** que le calibrage doit être vérifié.
6. Éteindre le calibreur et le retirer de l'appareil. Presser  pour **confirmer**.



## Connecter l'appli à l'appareil

1. Activer **Bluetooth®** sur le téléphone.
2. Ouvrir l'appli. L'aspect de l'icône varie en fonction de l'application.
3. Activer l'application afin d'utiliser la géolocalisation du téléphone et le microphone pour les commentaires.
4. Sélectionner l'appareil auquel il faut se connecter.
5. Pousser  sur l'appareil pour **confirmation**.
6. Sélectionner le **mode Wi-Fi**. Pour pouvoir utiliser une connexion réseau, il faut aussi ouvrir une session et s'identifier.



## Configurer le mesurage


1. Taper sur l'icône verte représentant le sonomètre pour ouvrir le menu.
2. Dans le menu, sélectionner :
  - **Réglages Système** : paramètres régionaux, réseau et alimentation
  - **Réglages Affichage** : pour régler le display et paramétrer l'affichage
  - **Réglages Mesurage** : pour configurer la gestion du mesurage, les paramètres d'entrée et les paramètres à mesurer
3. Taper sur l'icône de l'appli\* pour consulter l'aide relative à l'appareil et à son fonctionnement.
 

\* Dans Work Noise Partner, taper sur ?

CONFIGURER SUR L'APPAREIL

**Sélection** Presser  pour choisir une option ou confirmer une sélection

**Navigation** Presser  ,  ,  ou  pour parcourir menus et affichages



## Gérer le mesurage

### SUR L'APPAREIL

**Haut/Bas**  
Presser   pour parcourir les affichages


**Gauche/Droite**  
Presser   pour parcourir les paramètres

**Stop/RAZ**  
Presser pour stopper. Presser de nouveau pour réinitialiser

**Départ/Pause**  
Presser pour démarrer. Presser de nouveau pour pauser

**LED (Etat du fonctionnement)**

- Vert (constant) : Mesurage ; Calibrage
- Jaune (pulsation lente) : Inactif
- Jaune (pulsation rapide) : Pause
- Rouge (pulsation rapide) : Surcharge instantanée
- Violet (constant) : Surcharge rémanente



### SUR LE TÉLÉPHONE

**Stop/RAZ**  
Faire glisser pour stopper. Taper pour réinitialiser le mesurage

**Ajouter une annotation**  
Taper pour ouvrir le menu. Choisir entre note, vidéo, photo ou voix

**Départ/Pause**  
Taper pour démarrer. Faire glisser pour pauser

